


C P_{POINTE} P_{MOY} PEP I:E f_{TOT} V_{TE} $\dot{V}_{\text{ETOT}}$
 18 8.7 5.0 1:2.2 12 403 4.83

PARAMÈTRES CAPTÉS

Type de circuit : Adulte
Type d'humidification : HME

10:34 26 Avr 2018



VACI	VVC	AI	$\dot{V}$ -décl.	50 kg
f 12 $\frac{1}{\text{min}}$	V_T 400 mL	P_{AI} 10 cm H ₂ O	$\dot{V}_{\text{SENS}}$ 3.0 $\frac{\text{L}}{\text{min}}$	O_2 21 %
∇^P 50 %	T_{PL} 0.0 s	DECR	E_{SENS} 25 %	PEP 5.0 cm H ₂ O

PARAMÈTRES PROGRAMMÉS

REGLAGES VENTIL.

CONFIG APNEE

CONFIG ALARMES

LC RM

Pour faire un choix,
presser une touche.